6 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dęblinie
ul. Szpitalna 2, 08-530 Dęblin
tel. 261 518 503 fax. 261 518 504

SŁUŻYMY NIEPODLEGŁEJ

6 SZPITAL WOJSKOWY
Z PRZYCHODNIĄ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Dęblinie
Nr 860
11. 10. 2018
08-530 Dęblin

Dęblin, dnia 11.10.2018r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.10.2018r. pod numerem 631946-N-2018 na dostawę sprzętu medycznego- numer 34/MED/2018

Informuję, że otrzymałem zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

ZADANIE NR 1 – Respirator 1 kpl.

Lp.35. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z szczytowym przepływem wdechowym dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie od 6 do180 l/min?

Odpowiedź:

Parametr 180 l/min jest dopuszczony. Zamawiający **nie wyraża zgody** na pogorszenie dolnego zakresu regulacji do 6 l/min. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2:

Lp.91. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z Funkcją Stand-by przy odsysaniu pacjenta? Respirator ma możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator automatycznie rozpocznie wentylacje z parametrami z przed rozłączenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie specyfikował takiego ograniczenia funkcjonalności. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3:

Zadanie nr 2 Aparat do znieczulania ogólnego z kardiomonitorem 1 kpl.
Załącznik nr 1.2
2. Kardiomonitor do aparatu do znieczulania ogólnego
lp.7

Czy Zamawiający dopuści monitor o masie 5 kg?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 4:

lp. 18

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga możliwości przeglądania trendów z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund, a więc bardziej dokładnie, czy gorszą niż 5 sekund, a więc z dowolnie niską dokładnością?

Odpowiedź:

nie gorszą, niż 5 sekund

Pytanie 5:

Wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ

Par. 8 ust. 7 - z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie.
W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 6:

Par. 10 ust. W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz 10% wartości umowy w przypadku odstąpienia. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 7:

ZADANIE NR 2 – Aparat do znieczulania ogólnego z kardiomonitorem - 1 kpl

Aparat do znieczulania ogólnego

Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści aparat z indywidualnie blokowanymi czterema kołami?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie 8:

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanymi reduktorami i z przyłączami do butli ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 9:

Pkt.10 Czy Zamawiający przyzna 10 pkt. za awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na min. 90 minut w warunkach standardowych i 30 min. w warunkach ekstremalnych (akumulator wbudowany w aparat)?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Kryterium jest liniowe. Za dłuższy czas podtrzymania wykonawca otrzyma więcej punktów.

Pytanie 10:

Pkt.11.3 Czy Zamawiający dopuści system automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z NO2 na poziomie min. 25%?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Każda lepsza mieszanka jest dopuszczona.

Pytanie 11:

Pkt.12.4 Czy Zamawiający dopuści rurę do ewakuacji bez mankietu ze specjalnymi otworami ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 12:

Pkt.12.6 Czy Zamawiający przyzna również 5 pkt za zastawkę APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie poprzez skręcenie zastawki do minimum? Opisane rozwiązanie jest parametrem charakterystycznym dla konkretnego producenta, co utrudnia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastawkę zamiast zaworu. Zastawka musi posiadać zbliżoną sprawność działania oraz trwałość jak zawór co wykonawca jest zobowiązany szczegółowo opisać i udowodnić za pomocą dostępnych mu dowodów np. instrukcji obsługi, świadectw oraz dokumentów firmowych producenta aparatu. Producent musi być podmiotem odpowiedzialnym.

Pytanie 13:

Pkt.15 Czy Zamawiający dopuści i przyzna dodatkowe punkty w ocenie technicznej za kolorowy ekran LCD o przekątnej 15 cali umieszczony na ramieniu aparatu do znieczulenia, umożliwiający regulację jego położenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Nie zmieni kryteriów oceny ofert

Pytanie 14:

Pkt.16 Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał respiratora obsługiwanego za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru oraz ekranu dotykowego? Jest to rozwiązanie o wiele bardziej nowoczesne i praktyczne

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 15:

Pkt.17 Czy Zamawiający przyzna również 10 pkt za respirator pneumatyczny sterowany elektronicznie, używający do napędu tlen albo powietrze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza napęd gazowy pod warunkiem że wykonawca będzie dostarczał jeden raz na kwartał napełnioną normatywnie butlę tlenową dedykowaną dla zaoferowanego aparatu, nieodpłatnie przez cały czas użytkowania aparatu , nie dłużej niż 10 lat. Warunek ten w przypadku wyboru wykonawcy który zaoferował takie rozwiązanie, stanie się *essentialia negotii* umowy

Pytanie 16:

Napęd elektryczny posiada tylko jeden producent na rynku, przez co zapis ten negatywnie wpływa na możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zapis nie mieści się w ramach delegacji art. 38 ust. 1. Należy skorzystać ze środków ochrony prawnej. Funkcja jest przydatna użytkownikowi.

Pytanie 17:

Pkt.18.6 Czy zamawiający dopuści o wiele bardziej ergonomiczny tryb jednoetapowy przełączania pomiędzy trybem ręcznym i mechanicznym wentylacji przy pomocy dźwigni?

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem że dźwignia posiada zapadkę zabezpieczającą przed przypadkowym przełączeniem co wykonawca jest zobowiązany szczegółowo opisać i udowodnić za pomocą dostępnych mu dowodów np. instrukcji obsługi, świadectw oraz dokumentów firmowych producenta aparatu.

Pytanie 18:
Pkt.18.7 Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Jest to wymóg który spełnia tylko jeden producent i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty
Odpowiedź:

Zapis nie mieści się w ramach delegacji art. 38 ust. 1. Należy skorzystać ze środków ochrony prawnej. Funkcja jest przydatna użytkownikowi.

Pytanie 19:
Pkt.18. 8 Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji tego wymogu i dopuści brak opisanej funkcjonalności? Jest to wymóg który spełnia tylko jeden producent i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty
Odpowiedź:

Zapis nie mieści się w ramach delegacji art. 38 ust. 1. Należy skorzystać ze środków ochrony prawnej. Funkcjonalność ta jest przydatna użytkownikowi.

Pytanie 20:
Pkt.19.1 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający regulację stosunku wdechu do wydechu w najczęściej wykorzystywanym zakresie od 2:1 do 1:8?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie 21:
Pkt.19.4 Czy Zamawiający dopuści i przyzna również 10 pkt. za regulację PEEP w zakresie wyłączony i 4-30 cmH20?
Odpowiedź:

Zamawiający przyzna punkty za każdy zakres obejmujący co najmniej 2-20 cmH2O.

Pytanie 22:
Pkt.19.6 Czy Zamawiający dopuści i przyzna 5 pkt. za regulację Plateau od 5 %?
Odpowiedź:

NIE

Pytanie 23:
Pkt.22.2 Czy Zamawiający dopuści rury o długości 150 cm ?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie 24:
Kardiomonitor do aparatu do znieczulania ogólnego
Pkt.2 Czy Zamawiający dopuści monitor o budowie modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych? Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowe w postaci kostki wsuwany do ramy urządzenia.
Odpowiedź:

NIE

Pytanie 25:
Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści obsługę menu ekranowego poprzez ekran dotykowy?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 26:
Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor sterowany za pośrednictwem stałych przycisków na obudowie oraz ekranu dotykowego?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 27:
Pkt.12 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w akumulator wystarczający na 3,5 godziny pracy ?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie 28:
Pkt.15 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający wyświetlanie 6 krzywych dynamicznych na ekranie? Większa ilość krzywych na wymaganym ekranie 12" jest nieczytelna i nie poprawia funkcji diagnostycznych monitora.
Odpowiedź:

TAK

Pytanie 29:
Pkt.16 Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością wyświetlania krótkich trendów, ale bez wyszczególnionego trybu dużych znaków? Zastosowany interfejs ma bardzo duże znaki w zwykłym trybie monitorowania, które jednocześnie pozwala na monitorowanie przebiegów krzywych dynamicznych.
Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem, że rozwiązanie takie będzie rzeczywiście równoważne żądanemu przez Zamawiającego co wykonawca jest zobowiązany szczegółowo opisać i udowodnić za pomocą dostępnych mu dowodów np. instrukcji obsługi, świadectw oraz dokumentów firmowych producenta aparatu.

Pytanie 30:
Pkt.18 Zamawiający dopuści trendy graficzne o wysokiej rozdzielczości - co 2 sekundy w przypadku skali czasu wynoszącej 2, 4 lub 20 minut?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 31:
Pkt.19 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z oprogramowaniem realizującym funkcje: kalkulatora lekowego, kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania, bez obliczeń nerkowych?
Odpowiedź:

NIE

Pytanie 32:
Pkt.25.2 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy EKG 20-300 uderzeń/minutę?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 33:
Pkt.25.4 Czy Zamawiający przyzna dodatkowy punkt w ocenie technicznej za zaoferowanie algorytmu analizy arytmii EK Pro, który jako jedyny spełnia wymogi AHA w zakresie wieloodprowadzeniowej analizy arytmii i realizuje ją w 4 odprowadzeniach jednocześnie dając tym samym najwyższą dokładność analizy i minimalizując wystąpienia fałszywych alarmów?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie 34:
Pkt.26.1 Czy Zamawiający dopuści pomiar SpO2 algorytmem Tru Signal?
Odpowiedź:

TAK, pod warunkiem, że rozwiązanie takie będzie rzeczywiście równoważne żądanemu przez Zamawiającego co wykonawca jest zobowiązany szczegółowo opisać i udowodnić za pomocą dostępnych mu dowodów np. instrukcji obsługi, świadectw oraz dokumentów firmowych producenta aparatu.

Pytanie 35:
Pkt.27.1 Czy Zamawiający dopuści automatyczny pomiar ciśnienia z ustawianym czasem powtarzania do 4 godzin?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie 36:
Pkt.27.2 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor bez opisanej w punkcie 27.2 funkcji blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru SpO2 i NIBP na jednej kończynie?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie 37:
Pkt.28.1 Czy Zamawiający dopuści możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch ciśnień?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie 38:
Pkt.30.1 Czy Zamawiający dopuści pomiary stężenia gazów anestetycznych N2O, CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym realizowane w aparacie do znieczulenia, z wyświetlaniem na ekranie aparatu do znieczulenia?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie 39:
Pkt. 31.1 i 31.2 Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia metodą elektromiografii z wykorzystaniem elektrosensora, która uznawana jest za złoty standard w zakresie monitorowania zwiotczenia i minimalizuje ryzyko występowania resztkowej blokady nerwowo-mięśniowej?

Odpowiedź:
TAK

Pytanie 40:
Dotyczy zadania 3:
Punkt 3: Prosimy o doprecyzowanie w jaki konkretnie sposób Zamawiający zamierza przyznawać punkty za zakresy pomiarowe oferowane przez analizator, czy maksymalną liczbę punktów Zamawiający będzie przyznawał za dokładnie takie jak podane w tabeli technicznej zakresy pomiarowe, a w przypadku innych zakresów pomiarowych, analogicznie mniejszą ilość punktów?
Odpowiedź:

Podane w tabeli zakresy są bezwzględnie wymagane. Punkty zostaną przyznane za ewentualne rozszerzenia zakresu „w górę" lub „w dół" przy zachowaniu co najmniej zakresu podstawowego.

Pytanie 41:

Punkt 8.2: Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający zamierza dokonywać oceny w tym punkcie. Czy posiadanie kartridża o największej dopuszczalnej zgodnie z parametrami technicznymi pojemności, uzyska największą liczbę punktów, czy też odwrotnie, punktowane będzie możliwość zastosowania w tym samym analizatorze, również kartridży o mniejszej pojemności?
Odpowiedź:

Liczba 250 testów jest maksymalną dopuszczoną przez Zamawiającego. Kartridż który umozliwia wykonanie mniejszej liczby testów otrzyma więcej punktów. Ta metoda punktacji jest związana z dotychczas występującymi krótkimi seriami badań

Pytanie 42:

Punkt 9: Czy kalibracja wszystkich dostępnych w analizatorze parametrów ma się odbywać całkowicie automatycznie, bez konieczności manualnej ingerencji ze strony operatora aparatu, i podawania zewnętrznych kalibratorów?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyspecyfikował takiego wymagania.

Pytanie 43:

Punkt 10.1: Prosimy o doprecyzowanie, czy kartridż automatycznej kontroli jakości ma być wymieniany niezależnie od innych kaset używanych przez analizator?
Odpowiedź:
Tak, powinien być wymieniany osobno.

Pytanie 44:
Punkt 11.2: Prosimy o doprecyzowanie czy to wymaganie dotyczy wyłącznie danych kontroli jakości podawanej manualnie w ampułkach a nie dotyczy automatycznej kontroli jakości, której dane wczytywane są automatycznie przez analizator za pomocą czujników wbudowanych w kasetę bez konieczności stosowania kodów kreskowych.
Odpowiedź:

TAK.

D Y R E K T O R

mgr inż. Wojciech ZOMER

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania powyższej informacji (nr faksu 081 551 85 10 lub e-mail: zamowienia_6szwzp@poczta.onet.pl)